

Biological Monitoring System

- 減菌室内における実際の培養条件の汚染を検出できます。
- 培養時間：48時間、培養温度：37℃。
- ISO11136G-U-1式準拠。



アテスト 生物学的インジケータ (EOガス滅菌用)

コード	内容	数量	単体価格
① 24-5327-00	120A	100箱	¥43,000
② 24-5327-01	120AP	25箱	¥11,385

※表紙の内容は2010年1月版のもので、印刷の事情により予告なく変更・中止の場合もごさいませので、あらかじめご了承ください。

ふり仮名		ふり仮名	
貴社名		ご担当者名	
ふり仮名			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
※ 0102-01九野子 レッド 3箱			
ご要望			