

Biological Monitoring System

- 滅菌器内における実際の細菌芽胞の死滅を検出できます。
- 培養時間:488時間、培養温度:56℃。
- ISO11138シリーズ準拠。



アテスト 生物学的インジケータ (高圧蒸気滅菌用)

コード	品番	入数	価格(税別)
① 24-5326-00	1262	100本	¥43,000
② 24-5326-01	1262P	25本	¥11,385

※表記の内容は2019年4月現在のものです。諸般の事情により予告なく変更・中止の場合もございますので、あらかじめご了承ください。

フリガナ		フリガナ	
貴社名		ご担当者名	
フリガナ			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
例) 01-0101-01 丸棒子 レッド 3個			
ご要望			