



 医療総合カタログ 2022-2023 P.1327 

アテスト短時間判定インジケータ 1294(E OG30)50本

希望小売価格 : ¥24,200(税込み)

商品説明

●滅菌器内における実際の細菌芽胞の死滅を検出できます。●培養時間：4時間。培養温度：37℃。●ISO11138シリーズ準拠。

商品スペック

●入数：50本

メーカー品番 : 1294
JANコード : 4550369132422
カタログコード : 25-3731-00
マツヨシコード : 00173884
薬事分類 : 薬機法対象外

* PDF出力日 2022/10/23
最新価格 - その他情報についてはマツヨシWEBをご確認ください。

あうる印		あうる印	
貴社名		ご担当者名	
あうる印			
御住所	〒		
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品			
※) E1022の丸形用 レッパ 3個			
ご要望			